



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PARECER TÉCNICO / LAUDO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

REF: Aquisição de equipamentos odontológicos

A licitante **LUANA SALLES LIMA ME**, CNPJ nº 28.699.757/0001-34, vencedora e provisoriamente classificada em primeiro lugar apresentou catálogos referentes aos itens nº 01 e 07.

Após criteriosa análise dos catálogos apresentados para a verificação do atendimento dos mesmos às especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, fica decidido:

a) Pela **REPROVAÇÃO** dos itens 01 e 07:

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
01	Conjunto Odontológico completo (contém: Cadeira odontológica, Equipo Odontologico, Caneta de alta rotação, Contra ângulo, Peça reta, Unidade Auxiliar odontológica, refletor Odontológico acoplado e mocho)	A licitante não apresentou catálogo referente ao equipamento cotado na proposta, a saber, da marca MZ.
07	Seladora Seladora eletrônica, manual, de mesa para utilização de papel grau cirúrgico/nylon ou rolos nylon/nylon. Com temperatura regulável de 0° à 220° com sistema de proteção contra superaquecimento. Estrutura em aço com revestimento em poliestireno moldado a vácuo, largura de 470 mm, comprimento de 238 mm e altura de 390 mm; consumo de 570/460 W. Suporte para rolo de papel grau cirúrgico com regulagem para diversos tamanhos com até 275 mm de área de selagem. Barra de selagem com 260 mm de comprimento e 10 mm de largura de selagem e área de selamento de 6 mm. Guilhotina cortadora de papel com lâmina de aço. Temperatura de selagem controlada por chave seletora de tempo sinalizada por led. Voltagem de alimentação 127/220V – 60 Hz. Chapa de apoio frontal. Cortador de papel tipo trilho que corta em ambos sentidos	A licitante não apresentou catálogo referente ao item.

Observação: Este laudo foi elaborado após a sessão do respectivo Pregão Presencial. Para os itens **REPROVADOS**, considerar o segundo classificado.

Agudos/SP, 20 de agosto de 2018.

Alexandre Jorge de Oliveira
Cirurgião Dentista
Matrícula 4286



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PARECER TÉCNICO / LAUDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

REF: Aquisição de equipamentos odontológicos

A licitante **CIRUROMA COMERCIAL LTDA ME**, CNPJ nº **05.515.873/0001-50**, vencedora e provisoriamente classificada em primeiro lugar apresentou catálogo referente ao item nº **06**.

Após criteriosa análise do catálogo apresentado para a verificação do atendimento do mesmo às especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, fica decidido:

a) Pela **APROVAÇÃO** do item **06**:

Observação: Este laudo foi elaborado após a sessão do respectivo Pregão Presencial.

Agudos/SP, 20 de agosto de 2018.

Alexandre Jorge de Oliveira
Cirurgião Dentista
Matrícula 4286



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PARECER TÉCNICO / LAUDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

REF: Aquisição de equipamentos odontológicos

A licitante **V.S. COSTA & CIA LTDA**, CNPJ nº 05.286.960/0001-83, vencedora e provisoriamente classificada em primeiro lugar apresentou catálogos referente aos itens nº 02, 03 e 04.

Após criteriosa análise dos catálogos apresentados para a verificação do atendimento dos mesmos às especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, fica decidido:

- a) Pela **APROVAÇÃO** do item 02;
- b) Pela **REPROVAÇÃO** dos itens 03 e 04:

ITEM	DESCRIÇÃO	LAUDO
03	Fotopolimerizador Aparelho fotopolimerizador de resinas compostas com emissão de luz por um único LED (Diodo Emissor de Luz), compatível com as resinas Fotopolimerizáveis. Constituído de quatro partes: base, bateria de lítio, peça de mão e ponteira de fibra óptica. Base carregadora, anatômica, leve e com luz indicadora de carga de bateria; quando a luz estiver vermelha indica que a bateria está sendo Carregada e verde quando a carga estiver completa. Bateria de lítio 3,7V COM 2200 mAh, com duração de carga aproximadamente para 400 disparos. Peça de mão, leve e anatômicos wireless (sem fio), com total liberdade de movimento. Botão de acionamento com função liga e desliga incorporada, facilitando o acionamento, tempo de 20 segundos com bip sonoro de 5 em 5 segundos; led verde indicador de energia quando pisca indica que a bateria está fraca. Botão de seleção pré-programado em três modos de potência: pulsado – led piscando em frequência fixa com ciclos de 1 X 1 seg, Rampa – a luz aumenta gradualmente e Contínuo – intensidade de luz máxima. LED azul; potência luminosa 1200 mW/cm ² , permite total concentração da luz emitida no intervalo do comprimento de onda de 450 a 470 nm (nanômetro). Ponteira de fibra óptica autoclavável, com as fibras coerentes para fotopolimerização, garante a condução e aproveitamento de luz sem perda de potência, encaixe rápido e giratório de 360°, permitindo acesso a todos os quadrantes da boca, além de fácil remoção para limpeza, comutação automática de tensão de 100 a 240 V	A licitante não apresentou catálogo referente ao item.
04	Bomba de Vácuo Sistema de sucção de alta potência que oferece melhor desempenho e visibilidade, Indispensável para o controle de infecção no consultório e a assepsia da cavidade bucal do paciente, Motor de 1 HP com potência consumida com 3.520 RPM que gira uma turbina em alta rotação, através de um processo de ciclonagem com deslocamento/vazão de ar correspondente a 200 ml/min. Motor com protetor térmico, eixo de aço inox, flange, rotor e tampa fabricados em bronze, Regulagem de potência de sucção com registro esférico. Sucção de 500mm/Hg permite a instalação para até 4 consultórios em uso simultâneo. Selo mecânico de vedação	A licitante não apresentou catálogo referente ao item.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

Observação: Este laudo foi elaborado após a sessão do respectivo Pregão Presencial.
Para os itens **REPROVADOS**, considerar o segundo classificado.

Agudos/SP, 20 de agosto de 2018.

Alexandre Jorge de Oliveira
Cirurgião Dentista
Matrícula 4286



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PARECER TÉCNICO / LAUDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2018

REF: Aquisição de equipamentos odontológicos

A licitante **MORIMED COMERCIAL EIRELLI EPP**, CNPJ nº 26.499.522/0001-73, vencedora e provisoriamente classificada em primeiro lugar apresentou catálogo referente ao item nº 05.

Após criteriosa análise do catálogo apresentado para a verificação do atendimento do mesmo às especificações contidas no respectivo instrumento convocatório, fica decidido:

a) Pela **APROVAÇÃO** dos itens 05:

Observação: Este laudo foi elaborado após a sessão do respectivo Pregão Presencial.

Agudos/SP, 20 de agosto de 2018.

Alexandre Jorge de Oliveira
Cirurgião Dentista
Matrícula 4286