



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS ANÁLISE TÉCNICA CATETER HIDROFÍLICO

A Ilma (o) Sr (a) Pregoeiro (a)

Agudos, 24 de junho de 2022

Venho por meio deste, esclarecer alguns fatos referente ao pregão presencial nº 28/2022.

Quanto ao descritivo técnico que foi elaborado para o produto:

ITEM 01

SOLICITADO NO EDITAL: Cateter uretral hidrofílico, pronto para o uso, Feminino calibre CH12; Cateter composto por tubo confeccionado **com aditivos hidrofílicos em sua composição, a base de elastômero POBE, sem qualquer revestimento hidrofílico de PVP (Polivinilpirrolidona) ou outro material.** Que não seja pegajoso e/ou aderente quando seco. Flexível com orifícios polidos e conector plástico. **Contendo sachê de água estéril visível na embalagem, e manga de proteção para o cateterismo preciso e sem toque. Embalagem segura e transparente, não metálica, que não ofereça riscos de ferimentos ao usuário/profissional,** que promova barreira antimicrobiana e abertura asséptica, com orifício de suporte para o dedo. Produto esterilizado por óxido de etileno e de uso único. Caixa com 30 unidades. Apresentar junto a proposta: - bula autenticada ou ficha técnica que comprove o cumprimento do descritivo e uma amostra em embalagem original e lacrada. A amostra deverá vir acompanhada de declaração do fabricante ou da detentora do Registro do produto junto ao Ministério da Saúde (ANVISA) subscrita por seu representante legal confirmando estar a proponente autorizada a comercializar o item. As empresas interessadas em participar deste item deverão apresentar declaração que irá proporcionar treinamentos e capacitações para toda equipe técnica e multidisciplinar do município quando a secretaria de saúde solicitar.



PREFEITURA MUNICIPAL AGUDOS

A empresa **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA** apresentou o produto **Cateter Uretral Hidrofilico Gentle Cath Glide Feminino, 12**; de acordo com o descritivo solicitado no edital.

CONCLUSÃO

Senhor pregoeiro, diante de todos os fatos apresentados, peço a gentileza que seja feita classificação da empresa **SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA** por cotar um produto que está de acordo com o edital.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP- 34586

JA Oliveira

JOÃO ALEXANDRE VALENTIN DE OLIVEIRA

JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA