

RESULTADOS DAS AMOSTRAS**RIOCLARENSE**

ITEM	SIM	NÃO
10		X
21		X

Justificativas

Item 10: Não obtêm uma boa absorção quanto do produto na pele humana

Item 21: os fios se soltam facilmente das camadas, prejudicando o tratamento do ferimento no paciente.

JA Oliveira
João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP- 34586

RESULTADOS DAS AMOSTRAS			
CLASSMED			
ITEM	SIM	NÃO	
22		X	
23		X	
29		X	
53		X	
51		X	
72		X	
Justificativas			
Item 22: O número de dobras não se adequa ao descritivo Embalagem: 5 dobras Descritivo: 8 Dobras			
Item 23: Igual ao anterior			
Item 29: O material têm pouca aderência na pele			
Item 53: Não obteve encaixe no dispositivo da seringa - bico. A ponta não desliza facilmente na pele.			
Item 51: Igual ao anterior			
Item 52: A ponta da agulha se encontra rombuda			
Item 72: Não é de fácil encaixe no conectar luer lok.			

JA Oliveira
João Alexandre V. de Oliveira
 Farmacêutico Responsável
 CRFSP- 34586

RESULTADOS DAS AMOSTRAS		
CIRUROMA		
ITEM	SIM	NÃO
4		X
6		X
7		X
44	X	
57		X

Justificativas

Item 4: O bicel se encontra rombudo. Não desliza facilmente na musculatura

Item 6: Igual ao anterior

Item 7: Igual ao anterior


Item 57: O embolo não desliza facilmente. Dá vazamento de líquido

JA Oliveira
João Alexandre V. de Oliveira
 Farmacêutico Responsável
 CRFSP 34586

RESULTADOS DAS AMOSTRAS NACIONAL HOSPITALAR		
ITEM	SIM	NÃO
24	X	
30		X
99		X
100		X
98		X
116	X	
Justificativas		
Item 30 : Pouca aderência na pele		
Item 99: A medida da embalagem não confere com o descritivo		
Item 100: Solta fios, camada muito fina de gesso.		
Item 98: A medida da embalagem não confere com o descritivo		

JA Oliveira
João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP- 34586

RESULTADOS DAS AMOSTRAS		
CIRURGICA UNIÃO		
ITEM	SIM	NÃO
92		X
93		X
94		X
95		X
96		X
97		X
Justificativas		
Item 92: Embalagem primária não assegura integridade do produto. Embalagem Furada.		
Item 93: Igual ao anterior		
Item 94: Igual ao anterior		
Item 95: Igual ao anterior		
Item 96: O número impresso na embalagem não confere com o edital		
Item 97: Igual ao anterior		


João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP- 34586

RESULTADOS DAS AMOSTRAS		
TRIUNFAL CIRURGICA		
ITEM	SIM	NÃO
12		X
13		X
101		X
102		X
Justificativas		
Item 12: A confecção dos fios não confere com o edital.		
Item 13: Igual ao anterior		
Item 46: A composição do produto não descreve com o edital		
Item 101: Itens foram com numeração trocadas		

JA Oliveira

João Alexandre V. de Oliveira
Farmacêutico Responsável
CRFSP- 34506