

# Laudo de Análise Técnica de Amostra – DENGUE NS1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 029/2025

(Processo Administrativo nº. 1038/2025)

Processo Administrativo 1DOC nº. 7397/2025

Licitante: Cepalab

Data da Análise: 02/02/2026

## 1. Objeto da Análise

Avaliação de conformidade física e funcional de kits de diagnóstico rápido para atendimento das demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

## 2. Especificações dos Itens Analisados

Critério Avaliado | Teste Rápido NS1 (Dengue)

Marca/Modelo - Cepalab

Nº do Lote: DENS-1241003

Validade – 17/05/2027

## 3. Check-list de Verificação (Critérios de Aceitabilidade)

[x] Embalagem: Individual, hermeticamente fechada e com dessecante.

[x] Componentes: Presença de dispositivo de teste (cassete), conta-gotas/capilar e solução tampão (buffer).

[x] Rotulagem: Instruções em língua portuguesa, com simbologia técnica adequada.

[x] Integridade: Dispositivo sem manchas, rachaduras ou umidade prévia.

## 4. Ensaio de Funcionalidade (Teste Prático)

Durante a análise da amostra, foram observados os seguintes pontos:

\* Velocidade de Migração: O fluxo lateral da amostra ocorreu de forma uniforme, sem obstruções no papel de nitrocelulose.

\* Leitura Visual: As linhas de teste apresentaram-se nítidas, sem sombra ou "efeito fantasma" que pudesse gerar dúvida na interpretação.


## 5. Parecer Técnico Final

Considerando que as amostras apresentadas pela empresa Cepalab atendem integralmente aos requisitos de sensibilidade e especificidade exigidos no Edital, bem como às normas da RDC nº 302/2005 da ANVISA, este setor técnico emite parecer:

**( x ) FAVORÁVEL À APROVAÇÃO**

**( ) DESFAVORÁVEL (REPROVADO)**

**OBS.: Data de validade do teste deve ser de no mínimo de 12 meses no ato da entrega do produto.**

  
Eid Caroline de Paula Gomes  
Enfermeira Vigilância Epidemiológica  
COREN/SP: 0151824