



PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS

SECRETARIA DE SAÚDE

MEMORANDO Nº 212/2023 – SMS

- Considerando o Edital nº 89/2023, Licitação nº 56 e Processo: 1184/2023;

A Secretaria de Saúde vem por meio deste encaminhar em anexo a avaliação dos equipamentos realizadas pelos setores responsáveis, referente aos Processo e Edital acima especificado, para aquisição de equipamentos para estruturação da rede de atenção primária e de urgência e emergência do município.

Atenciosamente,

Agudos, 16 de Agosto de 2023.


Núbia Heloísa Dorce Maria
Secretaria Municipal de Saúde

Ao Setor de Licitações
Leandro Pereira Figueredo

AVALIAÇÃO DOS ITENS ODONTOLÓGICOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2023

Empresa: **IZAMED**

- ✓ Item 01 – **REPROVADO** – Não apresenta 2 chaves de instalação ✓
- ✓ Item 03 – **APROVADO** ✓
- ✓ Item 08 – **APROVADO** ✓
- ✓ Item 12 – **REPROVADO** – Não apresenta suporte para embalagens papel Grau cirúrgico ✓

Empresa: **MEDSYSTEM**

- ✓ Item 01 – **REPROVADO** – Não apresenta reservatório de pó removível; Não apresenta 2 chaves de instalação e frequência do ultrassom não variável em +/- 15% ✓
- ✓ Item 03 – **APROVADO** ✓
- ✓ Item 08 – **APROVADO** ✓
- ✓ Item 12 – **REPROVADO** – Não apresenta suporte para embalagens papel Grau cirúrgico ✓

Empresa: **TK Prod. Equip.**

- ✓ Item 01 – **REPROVADO** – Não apresenta reservatório de pó removível; Não apresenta 2 chaves de instalação e frequência do ultrassom não variável em +/- 15% ✓
- ✓ Item 08 – **APROVADO** ✓
- ✓ Item 12 – **REPROVADO** – Não apresenta suporte para embalagens papel Grau cirúrgico ✓


AVALIAÇÃO DOS ITENS DA ATENÇÃO BÁSICA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2023

Ítem 2 - Balança Antropométrica	
K.C.R.S. Comércio de Equip. Ltda	Aprovado
Cirurgica Izamed Ltda	Aprovado
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Desclassificado (não há informações sobre os pés, se são reguláveis)
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado

Ítem 5 - Detector Fetal Portátil	
Cirurgica Izamed Ltda	Desclassificado (não apresentou as especificações constantes no edital)
Cir. São Felipe Prod. P. Saúde Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado

Ítem 11 - Oxímetro de dedo	
Cir. São Felipe Prod. P. Saúde Ltda	Aprovado
Cirurgica Izamed Ltda	Desclassificado (não apresenta o tipo de alimentação)
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado


José Ademir Francisco
Coord. Enf. na Atenção Básica
COREN-SP: 0147787

**AVALIAÇÃO DOS ITENS URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PREGÃO
PRESENCIAL Nº 056/2023**

Ítem 4 - Cardioversor	
Medsupplies Equip. Medicos Ltda	Desclassificado (peso superior ao solicitado no edital)
Cirurgica Izamed Ltda	Desclassificado (não informa peso)
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado

Ítem 6 - Eletrocardio Infantil	
Alfa Med Sistemas Med. Ltda	Desclassificado (não atende o edital, não tem entrada cartão memória, não envia exame por e-mail e não tem proteção de água)
Cir. São Felipe Prod. P. Saúde Ltda	Desclassificado (não atende o edital, não envia exame por e-mail, não tem teclado e não tem proteção de água).
Cirurgica Izamed Ltda	Aprovado
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Desclassificado (não atende o edital, não tem entrada cartão memória, não envia exame por e-mail e não tem proteção de água)

Ítem 7 - Escada 2 Degraus	
Cirurgica Izamed Ltda	Aprovado
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado

Ítem 9 - Monitor Multiparâmetro	
Cir. São Felipe Prod. P. Saúde Ltda	Desclassificado (não tem assistência técnica na região)
Alfa Med Sistemas Med. Ltda	Desclassificado (Após análise do Monitor Alfamed Vita 600, verificamos que se trata de um monitor pré configurado, ou seja, para inclusão de qualquer módulo opcional é necessário o envio do equipamento para fábrica, onde o equipamento é aberto para inserção do parâmetro. Conforme termo de referência do edital, o mesmo solicita parâmetros modulares, ou seja, um módulo a parte do parâmetro que se encaixa diretamente ao equipamento, sem necessidade de envio ao fabricante para atualização.
Cirurgica Izamed Ltda	Desclassificado (não tem assistência técnica na região)
Medsupplies Equip. Medicos Ltda	Desclassificado (Aparelho de importação, não atende ao descritivo, não tem assistência técnica na região)
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado

Ítem 10 - Otoscópio	
Cir. São Felipe Prod. P. Saúde Ltda	Aprovado
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Aprovado
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
Cirurgica Izamed Ltda	Desclassificado (alimentação por pilhas tipo C)

Ítem 13 - Suporte para Soro	
TK Prod. e Equip. Medicos Ltda ME	Desclassificado (distribuição dos ganchos não atende à necessidade, sendo inviável ao atendimento pretendido)
Medsystem Equip. Medicos Ltda	Aprovado
Cirurgica Izamed Ltda	Aprovado

Esteliana S. J. Loy